

Preparatpose for laparoskopi

Bruksanvisning

Ref. No.: 0208-RBM200; 0208-RBM400; 0208-RBM800; 0208-RBM1200; 0208-RBM1500

 GRENA[®] Grena Ltd, 1000 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9HH, UK	Kontaktopplysninger: Tel./Fax: + 44 115 9704 800	 MDML INTL LTD. 10 McCurtain Hill Clonakilty, Co. Cork, P85 K230, Republic of Ireland	 0197	NOR IFU-RBM-NOR-11
---	--	---	---	------------------------------

Viktig:

Denne bruksanvisningen kan ikke brukes som en manual for kirurgiske teknikker som brukes ved arbeid med preparatpose for laparoskopi. For å få instruksjoner om kirurgisk teknikk, vennligst kontakt vårt firma eller en autorisert salgsrepresentant, se de relevante tekniske instruksjonene og profesjonell medisinsk litteratur, og gjennomgå passende opplæring under tilsyn av en kirurg med erfaring i minimalt invasive kirurgiske teknikker. Før første bruk av klipstang, anbefaler vi at du leser nøye gjennom all informasjonen i denne bruksanvisningen. Unnlattelse av å gjøre det kan føre til alvorlige kirurgiske konsekvenser som pasienttraumer, kontaminering, infeksjon, kryssinfeksjon, manglende evne til å binde sammen eller dødsfall.

Indikasjoner:

Preparatpose for laparoskopi er et engangsverktøy, brukt som en beholder for sikker og praktisk innsamling og utvinning av vevsfragmenter som blindtarm, galleblære, eggstokker, fibromer, milt, ektopisk graviditet, lymfeknuder, fragmenter av lunger og tarm, og annet vev og steiner under laparoskopi kirurgiske prosedyrer - og torakoskopiske.

Funksjonalitet:

Den gjennomskinnelige posen åpnes etter å ha blitt plassert inne i kroppshulen.

Den tynne, men sterke membran forhindrer væskelekkasje og kontaminering av kreftceller under manipulering mens laparoskopiske prosedyrer.

Produktbeskrivelse:

Preparatpose for laparoskopi er et sterilt engangsinstrument som består av en applikator med en lastet vevspose og en ejeksjonsporten. Verktøyet er designet for bruk med en standard 10 eller 12 mm trokar (ikke inkludert).

De tilgjengelige posestørrelsene er 200, 400, 800, 1200 og 1500 ml.

Kontraindikasjoner:

1. Ekstraksjon av vev som inneholder spisse strukturer som kan skade preparatpose er en kontraindikasjon.
2. Ikke bruk på vev som ikke passer inn i vevsposen, og hindrer den i å lukke seg helt.
3. Ikke beregnet for bruk i prosedyrer der laparoskopiske teknikker er kontraindisert.

Bruksbeskrivelse:

1. Åpne pakken med aseptisk teknikk og sjekk at posen er helt skjult i applikatoren.

2. Fortsett standard laparoskopisk prosedyre til vevstraksjon er nødvendig.

3. Sett applikatoren inn i trokaren med posen foran.

MERK FØLGENDE: Ikke skyv utløserporten mens du setter skinne inn i trokaren.

4. Sett den laparoskopiske preperatposen inn i kroppshulen ved å skyve tilbake porten til den laparoskopiske preperatposen er fullt synlig.

5. Ved frigjøring fra applikatoren vil den laparoskopiske preperatposen åpne for å motta vev. Hvis den ikke åpner seg helt, bruk en atraumatisk griper for å lette fullstendig åpning.

6. Fjern kanylen og applikatoren.

7. Plasser ønsket vev inne i den laparoskopiske preperatposen.

VIKTIG: store vevsprøver må kanskje kuttes i mindre biter for å trekke dem ut.

8. For å trekke opp, bruk knipetangen til å ta tak i løkken som er plassert på enden av lukketråden.

Trekk klemsløyken gjennom trokaren for å lukke den laparoskopiske preperatposen godt og forsegle vevet inn tett. Fortsett å trekke ut klemsløyken til den laparoskopiske preperatposen er ved bunnen av trokaren.

VIKTIG: Hvis du griper tråden i stedet for klemsløyken, kan det forhindre at posen lukkes, og trådeknappen kan flasse av inn i kroppshulen.

9. Hold den laparoskopiske preperatposen ved bunnen av trokaren, trekk ut trokarkanylen og preperatposen sammen med knipetangen slik at den fastklemt delen av posen er på siden av trokarhudsnittet. Med en visuell inspeksjon, fortsett å trekke ut den laparoskopiske preperatposen manuelt gjennom trokarsnittet.

VIKTIG: Hvis innholdet i den laparoskopiske preperatposen er for stor til å unnslipe gjennom hudsnittet for trokaren, kan snittet forstørres for å lette ekstraksjonen av den laparoskopiske preperatposen.

10. Innholdet i den laparoskopiske preperatposen kan deretter aspireres eller trekkes ut ved hjelp av knipetang.

Advarsler og sikkerhetsregler:

1. Alle kirurgiske og minimalt invasive inngreper bør utføres av personer med passende opplæring og kunnskap om passende teknikker. Bli kjent med relevant litteratur angående teknikker, komplikasjoner og risikoer før du prøver enhver kirurgisk prosedyre.
2. Kirurgiske instrumenter varierer fra produsent til produsent. Når instrumenter og tilbehør fra forskjellige produsenter brukes til prosedyren, sjekk deres kompatibilitet før du starter operasjonen.
3. Når den er strammet, kan ikke posen med innholdet åpnes igjen.
4. Ikke prøv å trekke ut vevsposen gjennom trokaren, da dette kan føre til at posen sprekker og lekker innholdet.
5. Ikke bruk morcellatorer sammen med laparoskopisk preperatposen.
6. Vær forsiktig til å unngå kontakt med posen med skarpe verktøy, skjæreverktøy, elektroauterisering, laser eller andre verktøy.
7. Unngå å bruke overdreven kraft når du fjerner posen.
8. Hvis posen med innholdet ikke kan trekkes ut ved tilgang, forstørre tilgangen forsiktig slik at posen enkelt kan trekkes ut. Ikke trekk i posen med stor kraft, da dette kan føre til at posen brister og lekker innholdet.
9. Hvis prosedyren beskrevet i punkt 9 i bruksanvisningen ikke følges nøyaktig og brukeren prøver å trekke ut posen ved å kutte trokaren gjennom trokaren ved å trekke i tråden med overdreven kraft, kan tråden bryte, noe som kan skade brukeren og/eller pasienten med den skarpe enden av tråden.
10. Kast ut verktøy hvis emballasje er åpnet, uavhengig av om verktøyet er brukt eller ikke.
11. Bruk umiddelbart etter åpning av pakken.
12. Verktøyet må avhendes på riktig måte etter bruk i samsvar med lokale forskrifter, inkludert uten begrensning de som er relatert til menneskers helse og sikkerhet, og miljøet.
13. Produktet er beregnet for engangsbruk i en enkelt prosedyre. Resterilisering, gjenbruk og modifikasjon kan føre til alvorlige konsekvenser, inkludert pasientens død.
14. Produktet er kun beregnet for bruk av kvalifisert medisinsk personell.



STERILE R

EC REP



Autorisert representant
i EU

Beskytt mot fuktighet

Obs, bli kjent med medfølgende dokumentasjon



Bli kjent med bruksanvisningen



Ikke re-steriliser



Produsent



Må ikke brukes hvis pakken er
åpnet eller skadet